

Обґрунтування характеристик предмету закупівлі

Написав Administrator

Четвер, 22 лютого 2024, 10:52 - Останнє оновлення Четвер, 22 лютого 2024, 10:55

Обґрунтування характеристик предмету закупівлі

Написав Administrator

Четвер, 22 лютого 2024, 10:52 - Останнє оновлення Четвер, 22 лютого 2024, 10:55

Державна установа «Закарпатський обласний центр та профілактики хвороб МОЗ України»

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розм
призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
(відповідно до пункту 4¹ постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективн
державних коштів» (зі змінами))

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Назва предмета закупівлі | Інфрачервоний стерилізатор код 3319 обладнання та виробу медичного признач 021:2015 (код 16828 Стерилізатор інокуля НК 024:2023) |
| 2 | Вид процедури | Процедура закупівлі – відкриті торги (у поря особливостями постанови КМ України № 11 року) |
| 3 | Ідентифікатор закупівлі | UA-2024-02-20-008215-a |
| 4 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | 1.Для застосування в медичній практиці. При повітряної стерилізації хірургічного інструме поміткою 180-200 С), а також скляного посу виробів медичного призначення. 2. Стерилізатор має відповідати нижче приве характеристикам: 1 Об'єм камери, л 80 2 Розміри стерилізаційної камери, мм (ш.в.г) 3 Режими роботи, град. С/хв. Режим 1 Режим 2 Режим 3 Режим 4 Можливість установки 85/30 120/45 160/150 180/60 50...200/1...999 3 Відхилення температури по об'єму стерилі від заданного значення, град.С + 3 4 Напруга живлення, В 220 5 Час нагріву до температури стерилізації, х 30+ 5 6 Максимальна споживча потужність, кВт 2, 7 Габаритні розміри, мм (ш.в.г.) 620x680x540 |

Обґрунтування характеристик предмету закупівлі

Написав Administrator

Четвер, 22 лютого 2024, 10:52 - Останнє оновлення Четвер, 22 лютого 2024, 10:55
