

Обґрунтування характеристик предмету закупівлі

Написав Administrator

Вівторок, 27 лютого 2024, 10:58 - Останнє оновлення Вівторок, 27 лютого 2024, 10:59

Обґрунтування характеристик предмету закупівлі

Написав Administrator

Вівторок, 27 лютого 2024, 10:58 - Останнє оновлення Вівторок, 27 лютого 2024, 10:59

Державна установа «Закарпатський обласний центр та профілактики хвороб МОЗ України»

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі (відповідно до пункту 4¹ постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1	Назва предмета закупівлі	Диспансер для дисків з антибіотиками на 8 картриджів код 42960000-3 Системи керування та контролю, друкарське і графічне обладнання та обладнання для автоматизації офісу й обробки інформації за ДК 021:2015; Диспансер для дисків з антибіотиками на 6 картриджів код 42960000-3 Системи керування та контролю, друкарське і графічне обладнання та обладнання для автоматизації офісу й обробки інформації за ДК 021:2015																				
2	Вид процедури	Процедура закупівлі – відкриті торги (у порядку, визначеному постановою КМ України № 1178 від 12.10.2022 року)																				
3	Ідентифікатор закупівлі	UA-2024-02-22-010579-a																				
4	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі	<table border="1"><tr><td>Диспансер для дисків з антибіотиками на 6 картриджів</td></tr><tr><td>Прилад, з допомогою якого можна розміщувати до 6 дисків з антибіотиками на поверхні чашках Петрі 90мм</td></tr><tr><td>Наявність на вершині контейнера ярлика для ідентифікації антибіотиків</td></tr><tr><td>Можливість регулювання висоти основи (підніматись та опускатись на 1 см)</td></tr><tr><td>Забезпечення розміщення дисків на однаковій відстані один від одного, вздовж окружності чашки Петрі</td></tr><tr><td>Конструкція має забезпечувати можливість зберігання диспенсеру з картриджами в закритому стані</td></tr><tr><td>Конструкція має забезпечувати можливість деконтамінації диспенсеру</td></tr><tr><td>Інсталяцію приладу, гарантійне обслуговування протягом, не менше, 1 року повинні проводити інженери, навчені й сертифіковані компанією-виробником</td></tr><tr><td>Супровідна документація: • Керівництво користувача українською мовою.</td></tr><tr><td>Сумісність з картриджами з дисками виробництва компанії SANIMED-M</td></tr></table> <table border="1"><tr><td>Диспансер для дисків з антибіотиками на 8 картриджів</td></tr><tr><td>Прилад, з допомогою якого можна розміщувати до 8 дисків з антибіотиками на поверхні чашках Петрі 90мм</td></tr><tr><td>Наявність на вершині контейнера ярлика для ідентифікації антибіотиків</td></tr><tr><td>Можливість регулювання висоти основи (підніматись та опускатись на 1 см)</td></tr><tr><td>Забезпечення розміщення дисків на однаковій відстані один від одного, вздовж окружності чашки Петрі, приблизно, в 16 см.</td></tr><tr><td>Конструкція має забезпечувати можливість зберігання диспенсеру з картриджами в закритому стані при температурі 2-8°C</td></tr><tr><td>Конструкція має забезпечувати можливість деконтамінації диспенсеру</td></tr><tr><td>Інсталяцію приладу, гарантійне обслуговування протягом, не менше, 1 року повинні проводити інженери, навчені й сертифіковані компанією-виробником</td></tr><tr><td>Супровідна документація: • Керівництво користувача українською мовою.</td></tr><tr><td>Сумісність з картриджами з дисками виробництва компанії SANIMED-M</td></tr></table>	Диспансер для дисків з антибіотиками на 6 картриджів	Прилад, з допомогою якого можна розміщувати до 6 дисків з антибіотиками на поверхні чашках Петрі 90мм	Наявність на вершині контейнера ярлика для ідентифікації антибіотиків	Можливість регулювання висоти основи (підніматись та опускатись на 1 см)	Забезпечення розміщення дисків на однаковій відстані один від одного, вздовж окружності чашки Петрі	Конструкція має забезпечувати можливість зберігання диспенсеру з картриджами в закритому стані	Конструкція має забезпечувати можливість деконтамінації диспенсеру	Інсталяцію приладу, гарантійне обслуговування протягом, не менше, 1 року повинні проводити інженери, навчені й сертифіковані компанією-виробником	Супровідна документація: • Керівництво користувача українською мовою.	Сумісність з картриджами з дисками виробництва компанії SANIMED-M	Диспансер для дисків з антибіотиками на 8 картриджів	Прилад, з допомогою якого можна розміщувати до 8 дисків з антибіотиками на поверхні чашках Петрі 90мм	Наявність на вершині контейнера ярлика для ідентифікації антибіотиків	Можливість регулювання висоти основи (підніматись та опускатись на 1 см)	Забезпечення розміщення дисків на однаковій відстані один від одного, вздовж окружності чашки Петрі, приблизно, в 16 см.	Конструкція має забезпечувати можливість зберігання диспенсеру з картриджами в закритому стані при температурі 2-8°C	Конструкція має забезпечувати можливість деконтамінації диспенсеру	Інсталяцію приладу, гарантійне обслуговування протягом, не менше, 1 року повинні проводити інженери, навчені й сертифіковані компанією-виробником	Супровідна документація: • Керівництво користувача українською мовою.	Сумісність з картриджами з дисками виробництва компанії SANIMED-M
Диспансер для дисків з антибіотиками на 6 картриджів																						
Прилад, з допомогою якого можна розміщувати до 6 дисків з антибіотиками на поверхні чашках Петрі 90мм																						
Наявність на вершині контейнера ярлика для ідентифікації антибіотиків																						
Можливість регулювання висоти основи (підніматись та опускатись на 1 см)																						
Забезпечення розміщення дисків на однаковій відстані один від одного, вздовж окружності чашки Петрі																						
Конструкція має забезпечувати можливість зберігання диспенсеру з картриджами в закритому стані																						
Конструкція має забезпечувати можливість деконтамінації диспенсеру																						
Інсталяцію приладу, гарантійне обслуговування протягом, не менше, 1 року повинні проводити інженери, навчені й сертифіковані компанією-виробником																						
Супровідна документація: • Керівництво користувача українською мовою.																						
Сумісність з картриджами з дисками виробництва компанії SANIMED-M																						
Диспансер для дисків з антибіотиками на 8 картриджів																						
Прилад, з допомогою якого можна розміщувати до 8 дисків з антибіотиками на поверхні чашках Петрі 90мм																						
Наявність на вершині контейнера ярлика для ідентифікації антибіотиків																						
Можливість регулювання висоти основи (підніматись та опускатись на 1 см)																						
Забезпечення розміщення дисків на однаковій відстані один від одного, вздовж окружності чашки Петрі, приблизно, в 16 см.																						
Конструкція має забезпечувати можливість зберігання диспенсеру з картриджами в закритому стані при температурі 2-8°C																						
Конструкція має забезпечувати можливість деконтамінації диспенсеру																						
Інсталяцію приладу, гарантійне обслуговування протягом, не менше, 1 року повинні проводити інженери, навчені й сертифіковані компанією-виробником																						
Супровідна документація: • Керівництво користувача українською мовою.																						
Сумісність з картриджами з дисками виробництва компанії SANIMED-M																						
5	Обґрунтування розміру	Розмір бюджетного призначення, визначений відповідно Міністерству економіки України відповідно до розрахунку та виділення коштів на закупівлю																				

Обґрунтування характеристик предмету закупівлі

Написав Administrator

Вівторок, 27 лютого 2024, 10:58 - Останнє оновлення Вівторок, 27 лютого 2024, 10:59
