

Обґрунтування характеристик предмету закупівлі

Написав Administrator

Середа, 06 березня 2024, 10:44 - Останнє оновлення Середа, 06 березня 2024, 10:45

Обґрунтування характеристик предмету закупівлі

Написав Administrator

Середа, 06 березня 2024, 10:44 - Останнє оновлення Середа, 06 березня 2024, 10:45

Державна установа «Закарпатський обласний центр к профілактики хвороб МОЗ України

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмету закупівлі, розміру бюджетної потреби та очікуваної вартості предмета закупівлі

(відповідно до пункту 4¹ постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання коштів» (зі змінами))

1	Назва предмета закупівлі	Інфрачервоний стерилізатор код 33190000-8 Медичне обладнання медичного призначення різні за ДК 021:2015 (код 16828 інокуляційних петель за НК 024:2023)	
2	Вид процедури	Процедура закупівлі – відкриті торги (у порядку, визначеному постановою КМУ України № 1178 від 12.10.2022 року)	
3	Ідентифікатор закупівлі	UA-2024-03-06-002084-a	
4	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі	Живлення	220В; 150 Вт
Максимальна температура всередині камери		825°C ± 50°C	
Постійна температура в режимі очікування		два температурні режими 400 °C і	
Максимальний діаметр стер камери		↑ 35 мм	
Довжина стерилізатора		100 мм	
Час нагрівання		10 хв	
Робочі умови		5 ~ 40°C	

Обґрунтування характеристик предмету закупівлі

Написав Administrator

Середа, 06 березня 2024, 10:44 - Останнє оновлення Середа, 06 березня 2024, 10:45
